




Dispositivo de inyección para realización de HISTEROSALPINGOGRAFIAS / SONOHISTEROGRAFIAS

Para la inyección de medios de contraste (radiopaco / azul de metileno) en los procedimientos de Histerosalpingografía. Compuesto por: Introdutor rígido con stopper deslizante, catéter radiopaco a 2 conductos, uno con balón oval en goma de 2,5 cc en la parte distal que asegura un posicionamiento estable del catéter. Una válvula unidireccional para hinchar el balón en modo práctico y seguro. Un puerto luer-lock hembra para la inyección del medio de contraste, y una jeringuilla de 2,5 cc.



SOFTINJECTOR



RIGIDINJECTOR

Inyector flexible para Histerosalpingografías. Cateter doble, uno para situar el dispositivo y el otro para inyectar el contraste. Embalaje individual. Caja de 10 unidades.

Referencia	Diametro ext	Diametro ext
720250	2,33 mm	7 Fr
720226	2 mm	6 Fr
720240	1,67 mm	5 Fr

Inyector rígido para Histerosalpingografías con dispositivo cónico. Embalaje individual. Caja de 10 unidades.

Referencia	Diametro ext	Diametro ext
720251	2,33 mm	7 Fr
720225	2 mm	6 Fr
720239	1,67 mm	5 Fr